

Pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków wykonania zamówienia

Pytanie nr 1

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

Dotyczy części nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,5x25?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga igłę w rozmiarze 0,5x25

Pytanie nr 5

Dotyczy części nr 2 nr 2

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,6x30?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga igłę w rozmiarze 0,6x30

Pytanie nr 6

Dotyczy części nr 2 nr 32

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 30 cm i średnicy dolnej 30 cm?

Odpowiedź: Część 2 nr 32 dotyczy pozycji pod nazwą: Cewnik FOLEY, dwudrożny z zastawką bezzwrotną i balonem, nr serii na cewniku i opak. Jedn .rozmiar 16-24.